

 **Tribunal Català
de Contractes
del Sector Públic**

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 938 842 038

Barcelona, 26 de juliol de 2023

Resolució: 475/2023 (recurs N-2023-0235)

Vist el recurs especial en matèria de contractació presentat per M.A.S.R., en nom i representació de l'empresa RADIOMETER IBÉRICA, SL, contra la resolució d'adjudicació del contracte de subministrament d'analitzadors de gasos i POCT, subministrament fungible associat i connexió al SIL amb cessió d'equipament, licitat pel CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ (expedient 23SM0173Q), a data d'avui, aquest Tribunal ha adoptat la resolució següent:

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. En data 10 de març de 2023, es va publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant del CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ (en endavant, CCSPT o òrgan de contractació), inserit en la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya (PSCP), a través del qual es van posar a disposició dels interessats els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques (PPT), entre altres documents contractuals.

En idèntica data l'esmentat anunci es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea (en endavant, DOUE), amb número de referència 2023/S 50.

El valor estimat del contracte (VEC) s'estableix en un total d'1.336.162,00 euros.

SEGON. Dins del termini de presentació d'ofertes, van concórrer a la licitació les empreses següents:

- WERFEN ESPAÑA, SAU (en endavant, WERFEN o empresa adjudicatària).
- RADIOMETER IBÉRICA, SL (des d'ara, RADIOMETER o empresa recurrent).



Doc. original signat per:
Maria Àngels Alonso Rodríguez
27/07/2023,
Maria Carmen Lucena Cayuela
27/07/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 27/07/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0F63VAM2EN4HDJHH4RLUGMFUMZD60BJE

Data creació còpia:
27/07/2023 13:30:55

Pàgina 1 de 16

TERCER. En data 2 de maig de 2023, un cop desenvolupats els tràmits de licitació, la mesa de contractació va proposar l'adjudicació del contracte a l'empresa WERFEN, d'acord amb l'informe tècnic emès (document núm. 12 de l'expedient), que concloïa les puntuacions següents:

Criteri de valoració		Empreses presentades	
		Werfen España, S.A.U.	Radiometer Ibérica, S.L.
1. Volum de mostra necessari per realitzar l'anàlisi de tots els paràmetres, excloent la cooximetria (10 punts)	Si el volum de mostra necessari es superior o igual a 75 µl. - 0 punts	10,00	10,00
	Si el volum de mostra necessari es inferior a 75 µl. - 10 punts		
2. Sonda d'aspiració de la mostra fixa, inclosa en el mateix cartutx únic de solucions (10 punts)	Si no tenen la sonda inclosa en el mateix cartutx únic de solucions - 0 punts	10,00	0,00
	Si tenen la sonda inclosa en el mateix cartutx únic de solucions - 10 punts		
3. Temps d'anàlisi necessari per tenir el resultat de tots els paràmetres analítics disponibles, excloent la cooximetria (10 punts)	Si el temps d'anàlisi es superior o igual a 50 segons - 0 punts	10,00	10,00
	Si el temps d'anàlisi és inferior a 50 segons - 10 punts		

4. Verificació completa de la qualitat amb un sistema que garanteixi la qualitat dels resultats mitjançant el processament automàtic de solucions integrades en cada cartutx de reactius que permeti la monitorització de la reacció de manera continuada: absents, durant i després de l'anàlisi (10 punts)	Si no hi ha verificació completa de qualitat abans, durant i després de l'anàlisi - 0 punts	10,00	10,00	
	Si hi ha verificació completa de qualitat abans, durant i després de l'anàlisi - 10 punts			
5. Número de consumibles totals necessaris, amb inclusió dels controls de qualitat (10 punts)	Si hi ha 3 o més consumibles - 0 punts	10,00	5,00	
	Si hi ha 2 consumibles - 5 punts			
	Si hi ha 1 consumible - 10 punts			
6. Temperatura d'emmagatzematge de reactius (10 punts)	Emmagatzematge dels reactius, sensor o material de calibratge o control que necessita nevera o congelador - 0 punts	10,00	5,00	
	Emmagatzematge dels reactius, sensor i material de calibratge i control a temperatura ambient - 10 punts			
7. Oferta econòmica - fins a 40 punts	Es valorarà amb la màxima puntuació l'oferta econòmica més baixa, aplicant a les restants ofertes la puntuació que resulti de la següent fórmula: $P_v = \left[1 - \left(\frac{0v-0m}{ll} \right) \times \frac{1}{M} \right] \times P$	33,97	40,00	Werfen España, S.A.U. - 212.822,00 € Radiometer Ibérica, S.L. - 147.870,00 €
PUNTUACIÓ TOTAL (fins a 100 PUNTS)		93,97	80,00	

QUART. Finalment, en data 9 de maig de 2023, l'òrgan de contractació va resoldre l'adjudicació del contracte a favor de l'empresa WERFEN (document núm. 16).



L'avantddita resolució consta publicada al perfil de contractant de l'òrgan de contractació el dia 10 de maig de 2023. Així mateix, en idèntica data va ser notificada a les empreses licitadores (document núm. 17).

CINQUÈ. En data 12 de maig de 2023, l'òrgan de contractació va posar a disposició de RADIOMETER l'expedient de contractació, en compliment de la sol·licitud d'accés que va ser formulada per aquesta empresa (document núm. 18), que incorporava la proposició tècnica i econòmica i altres criteris tècnics de l'oferta de WERFEN.

SISÈ. En data 30 de maig de 2023, va tenir entrada davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (en endavant, Tribunal), el recurs especial en matèria de contractació contra la resolució d'adjudicació del contracte en favor de WERFEN, de data 9 de maig de 2023.

En síntesi, el recurs interposat per RADIOMETER es fonamenta en la disconformitat amb el procés de valoració de diversos criteris automàtics, que figuren a l'annex IV del PCAP, d'acord amb els motius següents:

- i. En relació amb el criteri de valoració 1, relatiu al volum de mostra necessari per realitzar l'anàlisi de tots els paràmetres, excloent la cooximetria, considera que no es pot valorar que el volum necessari en l'oferta de WERFEN siguin 75 microlitres, atès que aquest volum només s'aplica a la mostra capil·lar, i per donar resposta a les condicions del plec havia d'aplicar-se a xeringa i capil·lar. A més, addueix que el perfil analític exigint al PPT inclou bilirubina total, i segons es desprèn de l'oferta de l'adjudicatària, el mode de 65 microlitres no ofereix resultats de bilirubina, sent un paràmetre obligatori. Per tant, entén que l'única opció en l'oferta de WERFEN és de 150 microlitres, motiu pel qual li haguessin correspost 0 punts, i no 10 com li han estat assignats.
- ii. En relació amb el criteri de valoració 5, relatiu al nombre de consumibles totals necessaris, amb inclusió dels controls de qualitat, defensa que a l'oferta de WERFEN només li correspondrien 5 punts, en comptes dels 10 atorgats, en tant que afegeix informació relativa a un altre consumible d'ús necessari i imprescindible per poder treballar conforme a les especificacions mínimes dels plecs, com són les ampolles CPV 5 tBili.

	Doc. original signat per: Maria Àngels Alonso Rodríguez 27/07/2023, Maria Carmen Lucena Cayuela 27/07/2023	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 27/07/2026	Data creació còpia: 27/07/2023 13:30:55
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ 0F63VAM2EN4HDJHH4RLUGMFUMZD60BJE	Pàgina 3 de 16



- iii. Finalment, quant al criteri de valoració 6, que es refereix a la temperatura d'emmagatzematge de reactius, controverteix la puntuació atorgada a WERFEN, pel fet que de la seva oferta es desprèn que les ampolles requereixen una temperatura de conservació entre 2 a 8º C.

Per tot l'anterior, sol·licita que s'anul·li la resolució d'adjudicació i s'ordini la retroacció del procediment al moment previ a la valoració de les ofertes als efectes que l'òrgan de contractació realitzi una nova classificació de les ofertes, en els termes següents [SIC]:

- I. otorgando a la oferta de Werfen la puntuación 0 al criterio de valoración 1,
II. otorgando a la oferta de Werfen la puntuación 5 al criterio de valoración 5;
III. otorgando a la oferta de Werfen la puntuación 0 al criterio de valoración 6.

Adicionalment peticiona la suspensió del procediment.

SETÈ. En idèntica data, la Secretaria Tècnica del Tribunal va comunicar la interposició del recurs a CCSPT i va sol·licitar-li la remissió de l'expedient de contractació i de l'informe corresponent, d'acord amb els articles 56.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), 22 del Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal i s'aprova la seva organització i el seu funcionament (des d'ara, Decret 221/2013), i preceptes concordants del Reial decret 814/2015, d'11 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual (en endavant, RD 814/2015).

La documentació va tenir entrada al Tribunal el 5 de juny de 2023. En l'informe aportat, l'òrgan de contractació s'oposa al recurs i demana al Tribunal que acordi la seva desestimació, sobre la base de les consideracions següents:

- i. Pel que fa al criteri 1, defensa que al PPT s'especifica que els analitzadors han de poder processar mostres en xeringa i capil·lar, però el criteri controvertit no especifica el tipus de mostra, si s'utilitza xeringa o capil·lar, motiu pel qual resultava suficient que només una classe de mostra complís amb el requisit, tenint en compte



que l'objectiu que persegueix la millora és que l'analitzador s'adapti a l'anàlisi de micromostres, essencial per certes situacions crítiques. Ultra això, sosté que el recurs presentat per RADIOMETER fa referència a la cooximetria com si fos un paràmetre mesurat, quan la descripció de cooximetria té relació amb el conjunt de paràmetres mesurats en el cooxímetre, que inclou hemoglobina total, carboxihemoglobina, oxihemoglobina, hemoglobina reduïda, saturació d'oxigen, metahemoglobina i bilirubina total.

- ii. Respecte del criteri 5, defensa que per a la realització d'una gasometria es consideren consumibles als cartutxos de reactiu, de controls de qualitat i de sensors, que contenen els elements necessaris per a la realització de la gasometria i altres proves bioquímiques, de forma rutinària i d'ús diari, però que per a cap empresa licitadora s'han considerat consumibles ampolles de verificació de calibrat, ni altres materials fungibles que tenen tots els proveïdors, en tant que són d'ús menys freqüent.
- iii. Finalment, i pel que fa el criteri 6, argüeix que s'ha considerat la temperatura d'emmagatzematge dels reactius, i en aquest sentit, s'ha atès als cartutxos de reactiu, de controls de qualitat i de sensors, que contenen els elements necessaris per a la realització de la gasometria i altres proves bioquímiques de forma rutinària i ús diari, sense haver-se considerat en cap cas el temps d'emmagatzematge de material fungible, com poden ser les ampolles de verificació de calibrat, les sondes intercanviables, o altres materials fungibles.

Per tot això, s'oposa al recurs i a la petició d'anul·lació de la resolució d'adjudicació impugnada.

VUITÈ. Dins del període d'al·legacions de cinc dies hàbils concedit per aquest Tribunal a les altres parts interessades, d'acord amb les dades indicades per l'òrgan de contractació, va fer ús del tràmit, dins de termini, l'empresa adjudicatària WERFEN es va oposar al recurs interposat manifestant la conformitat a dret de la resolució d'adjudicació i la correcta valoració de la seva oferta. En particular, i seguint l'ordre de consideracions del recurs, al·lega:

- i. Pel que fa el criteri 1, el retret de la recurrent vindria referit a defensar que el volum de mostra que valora el criteri en qüestió no pot excloure el volum necessari per la bilirubina, per no estar inclosa en la cooximetria, sorprenent-li aquesta al·legació





- quan el mètode de mesura emprat per RADIOMETER, segons exposa, seria el mateix. I en aquest sentit, reproduïx una part de l'oferta tècnica de la recurrent que evidenciaria que la tècnica utilitzada inclou la bilirubina total en la cooximetria. Per tant, constatat que en ambdós gasòmetres la bilirubina s'inclou com un paràmetre a mesurar per cooximetria, el volum de mostra queda exclòs de valoració per l'esmentat criteri.
- ii. Pel que respecta el criteri 5, es fa palesa que l'òrgan de contractació ha pres únicament en consideració els elements necessaris per a l'ús diari dels gasòmetres, no havent-se comptabilitzat a aquests efectes ni les ampolles de calibrat ni el suport de junta d'entrada i connexió que el producte de RADIOMETER contenia com tampoc els productes externs d'ús esporàdic com seria el GEM CVP 5 TBili de l'aparell de WERFEN.
 - iii. Quant al criteri 6, vindica que en l'oferta formulada per WERFEN es va acreditar que els consumibles necessaris per a la realització diària de les gasometries no requerien de refrigeració. Ultra això, retreu que en tot cas l'errada en la puntuació vindria respecte de l'oferta de la recurrent, en tant que se li van atorgar 5 punts, quan d'acord amb la configuració del criteri, li hagués correspost 0 punt.

Per tot això, sol·licita que es tinguin per formulades les al·legacions i s'acordi la seva desestimació.

FONAMENTS JURÍDICS

PRIMER. Aquest Tribunal resulta competent per conèixer del recurs especial en matèria de contractació, de conformitat amb l'article 46.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), la disposició addicional quarta de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal i s'aprova la seva organització i el seu funcionament.



Doc. original signat per:
Maria Àngels Alonso Rodríguez
27/07/2023,
Maria Carmen Lucena Cayuela
27/07/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 27/07/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0F63VAM2EN4HDJHH4RLUGMFUMZD60BJE

Data creació còpia:
27/07/2023 13:30:55

Pàgina 6 de 16



SEGON. El contracte sotmès a examen ha estat licitat pel CCSPT i, atès el seu valor estimat, és susceptible del recurs especial en matèria de contractació, d'acord amb l'article 44.1 a) de la LCSP.

TERCER. El recurs es dirigeix contra l'acord d'adjudicació del contracte referenciat que és un acte expressament previst per l'article 44.2.c) de la LCSP com susceptible del recurs especial en matèria de contractació.

D'acord amb això, la interposició del recurs produeix *ope legis* l'efecte de suspendre automàticament l'adjudicació *del contracte*, d'acord amb els articles 53 de la LCSP i 21.3 del RD 814/2015, sense que calgui el pronunciament exprés d'aquest Tribunal.

QUART. El Tribunal aprecia que la part recurrent, segona classificada que, d'estimar la seva pretensió se situaria en la primera posició, té drets i interessos afectats per l'acte impugnat i, per tant, la necessària legitimació activa per interposar el recurs, d'acord amb els articles 48 de la LCSP i 16 del Decret 221/2013.

La seva representació també ha quedat acreditada per actuar en aquest procediment de recurs, de conformitat amb l'article 51.1 a) de la LCSP.

CINQUÈ. El recurs interposat per RADIOMETER s'ha presentat dins del termini de quinze dies hàbils que estableix l'article 50.1 de la LCSP, atès que va ser notificat i publicat al perfil de contractant el 10 de maig de 2023.

També s'ha presentat en forma, ja que compleix amb els requisits establerts a l'article 51.1 de la LCSP.

SISÈ. Entrant a analitzar el fons de l'assumpte, i com ja s'ha avançat, **RADIOMETER** al·lega l'existència d'error en la valoració dels criteris automàtics 1, 5 i 6 que consten a l'annex IV del PCAP. Per la seva banda, **el CCSPT** i **WERFEN** s'oposen al contingut de les al·legacions del recurs sobre la base de les consideracions exposades anteriorment als antecedents de fet.

Doncs bé, tenint en compte les posicions de les parts i entrant a examinar el recurs, cal

	Doc. original signat per: Maria Àngels Alonso Rodríguez 27/07/2023, Maria Carmen Lucena Cayuela 27/07/2023	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 27/07/2026	Data creació còpia: 27/07/2023 13:30:55
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica	
		CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ	
			Pàgina 7 de 16
		0F63VAM2EN4HDJHH4RLUGMFUMZD60BJE	

procedir a l'anàlisi de les previsions dels plecs que regeixen la licitació en relació amb la causa de nul·litat de l'acte d'adjudicació invocat per RADIOMETER, fonamentada en una incorrecta valoració de l'oferta de WERFEN, pel fet que no seria mereixedora dels punts obtinguts en tres criteris automàtics.

En concret, correspon dirimir si l'oferta presentada per WERFEN va ser puntuada de forma correcta. Respecte aquesta valoració, cal partir del que indica l'annex IV del PCAP, en concret els criteris d'adjudicació avaluable objectivament núm. 1, 5 i 6, dissenyat de la manera següent:

CRITERIS DE VALORACIÓ QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA - 100 PUNTS

		Puntuació
1	Volum de mostra necessari per realitzar l'anàlisi de tots els paràmetres, excloent la cooximetria.	0 o 10
2	Sonda d'aspiració de la mostra fixa inclosa en el mateix cartutx únic de solucions.	0 o 10
3	Temps d'anàlisi necessari per tenir el resultat de tots els paràmetres analítics disponibles, excloent la cooximetria.	0 o 10
4	Verificació completa de la qualitat (abans, durant i després de l'anàlisi)	0 o 10
5	Número de consumibles.	0 - 10
6	Temperatura d'emmagatzematge de reactius	0 - 10
7	Oferta econòmica	40 punts
TOTAL		100 punts

1. Volum de mostra necessari per realitzar l'anàlisi de tots els paràmetres, excloent la cooximetria (10 punts):

- 0 punts, si el volum de mostra necessari es superior o igual a 75 µL.
- 10 punts, si el volum de mostra necessari es inferior a 75 µL.

5. Número de consumibles totals necessaris, amb inclusió dels controls de qualitat (10 punts):

- 0 punts, si hi ha 3 o més consumibles.
- 5 punts, si hi ha 2 consumibles.
- 10 punts, si hi ha 1 consumible.

6. Temperatura d'emmagatzematge de reactius (10 punts):

- 0 punts, Emmagatzematge dels reactius, sensor o material de calibratge o control que necessita nevera o congelador.
- 10 punts, Emmagatzematge dels reactius, sensor i material de calibratge i control a temperatura ambient.





Per la seva banda, l'annex V estableix la documentació addicional a aportar per les empreses licitadores referent als criteris d'adjudicació:

Documentació tècnica

- a. Declaració del licitador, d'acord amb el model que s'annexa, en relació amb la seva condició de fabricant, de distribuïdor o importador de l'article o del producte ofertat. S'hi acompanyarà els següents documents en el seu cas:
 1. En el cas de fabricants l'autorització de posada en marxa de la indústria, o document equivalent.
 2. En el cas de distribuïdors, amb l'autorització escrita del fabricant o, si s'escau, de l'importador de l'article o del producte ofertat.
 3. En el cas d'importador, amb l'autorització escrita del fabricant o del distribuïdor estranger de l'article o del producte ofertat.
- b. Memòria descriptiva dels articles que s'ofereixen en el mateix ordre i amb la mateixa denominació que l'oferta o proposició econòmica. En el cas que s'adjuntin catàlegs en idiomes estrangers, hauran d'anar traduïts al català (preferentment) o castellà; en cas contrari es consideraran com a no presentats. S'haurà de presentar **OBLIGATÒRIAMENT** la proposta tècnica model que s'adjunta com a l'ANNEX I.BIS.
- c. Garantia substitució dels béns defectuosos per d'altres del mateix tipus i qualitat, en el cas que no es pugui solventar el problema.
- d. Memòria justificativa de les variacions proposades pel licitador en el seu cas, si aquestes estan permeses a la licitació.
- e. En el seu cas, indicació de si els productes ofertats incorporen en el seu embolcall un sistema d'identificació per codi de barres basat en la norma EAN-128 del Comitè Europeu de Normalització.

Al seu torn, el PPT defineix l'objecte del subministrament licitat i estableix com a especificacions tècniques les següents:



Doc. original signat per:
Maria Àngels Alonso Rodríguez
27/07/2023,
Maria Carmen Lucena Cayuela
27/07/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 27/07/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0F63VAM2EN4HDJHH4RLUGMFUMZD60BJE

Data creació còpia:
27/07/2023 13:30:55

Pàgina 9 de 16



ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES:

ANALITZADORS:

- S'han d'instal·lar, en cessió, 15 analitzadors gasòmetres de cartutxos a diferents unitats assistencials del Consorci.
- Els reactius s'han de presentar en format de cartutxos amb diferents presentacions (numero de determinacions) perquè s'adaptin a la diferent activitat i consums de cada una de les unitats assistencials on s'implementaran els gasòmetres. Cada proveïdor presentarà un mínim de tres presentacions diferents. El numero de gasòmetres i l'activitat prevista està en la taula següent:

/.../

- Incloure material de calibratge, control de qualitat, de verificació, material fungible o qualsevol altre reactiu accessori associat a les tècniques a realitzar, a càrrec de l'adjudicatari.
- Els analitzadors han de processar les mostres en xeringa i en capil·lars.
- Els analitzadors han de tenir lector de codi de barres.
- Gestió automàtica d'accions correctives.
- Els analitzadors han de poder realitzar la detecció i eliminació de coàguls.
- L'adjudicatari es compromet a la reposició sense cost dels cartutxos inutilitzables i/o defectuosos.
- Els analitzadors per realitzar les gasometries venoses i arterials han d'incloure els següents paràmetres en únic equip de mesura: pH, PCO₂, PO₂, saturació d'oxigen, ió sodi, ió potassi, ió clorur, calci iònic, glucosa, lactat, hematòcrit, hemoglobina total, oxihemoglobina, carboxihemoglobina, metahemoglobina, desoxihemoglobina y bilirubina total.

/.../

Per la seva banda, l'oferta de WERFEN (document núm. 22), incloïa, pel que fa els criteris controvertits, els valors següents:



1. Volumen de muestra necesario para realizar el análisis de todos los parámetros, excluida la cooximetría (10 puntos):

- 0 puntos, si el volumen de muestra necesario es superior o igual a 75 µL.
- 10 puntos, si el volumen de muestra necesario es inferior a 75 µL.

10 puntos. El volumen de muestra necesario para realizar el análisis de todos los parámetros, excluida la cooximetría es inferior a 75 µL, es decir, exactamente es de 65 µL.

Parámetros	Volumen de muestra (µl)
pH, pCO ₂ , pO ₂ , Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , Ca ⁺⁺ , Glu, Lac, Hct, tHb, O ₂ Hb, COHb, MetHb, HHb, sO ₂ , tBili o cualquier combinación de parámetros electroquímicos* y CO-Ox** o tBili	150
tHb, O ₂ Hb, COHb, MetHb, HHb, sO ₂ , tBili	100
pH, pCO ₂ , pO ₂ , Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , Ca ⁺⁺ , Glu, Lac, Hct, (solo dispositivo capilar)	65 (solo capilar)

5. Número de consumibles totales necesarios, con inclusión de los controles de calidad (10 puntos):

- 0 puntos, si hay 3 o más consumibles.
- 5 puntos, si hay 2 consumibles.
- 10 puntos, si hay 1 consumible.

10 puntos: El número de consumibles totales necesarios, con inclusión de los controles de calidad, es 1 único consumible.

Los instrumentos GEM Premier® trabajan con un cartucho único multiparamétrico y desechable que incluye todos los componentes necesarios para la realización diaria de gasometrías. Estos componentes incluyen los sensores, las soluciones incluyendo las de control (PCS), el muestreador, la célula óptica y la bolsa de residuos.

A continuación, se comparte una imagen del catálogo GEM Premier 5000 con la representación de todos los componentes integrados en el cartucho:

/.../

	Doc. original signat per: Maria Angels Alonso Rodríguez 27/07/2023, Maria Carmen Lucena Cayuela 27/07/2023	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 27/07/2026	Data creació còpia: 27/07/2023 13:30:55
	Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ		Pàgina 11 de 16
		0F63VAM2EN4HDJHH4RLUGMFUMZD60BJE	

6. Temperatura de almacenamiento de reactivos (10 puntos):

- 0 puntos, almacenamiento de los reactivos, sensor o material de calibración o control que necesita nevera o congelador.
- 10 puntos, almacenamiento de los reactivos, sensor y material de calibración y control a temperatura ambiente.

10 puntos: La temperatura de almacenamiento de reactivos, sensor o material de calibración o control, es a temperatura ambiente.

7.2.3 Requisitos de almacenamiento

Almacenamiento del instrumento	Puede almacenarse a una temperatura de entre -10 °C y 38 °C con una humedad relativa de entre el 15 y el 85 %, sin condensación.
Almacenamiento del GEM Premier 5000 PAK	Almacenar a una temperatura de entre 15 °C y 25 °C
Vida útil del GEM Premier 5000 PAK	Caduca en la fecha indicada en la etiqueta de cada GEM PAK. Se puede utilizar un GEM PAK hasta la fecha de caducidad incluida. Si un GEM PAK se inserta después de la fecha de caducidad indicada, el sistema lo rechazará. El GEM PAK debe almacenarse en un envoltorio metálico antes de su uso.

Doncs bé, pel que fa el criteri 1 relatiu al volum de la mostra per realitzar l'anàlisi de tots els paràmetres certament no es determina en la seva definició que la mostra hagués de ser necessàriament en xeringa i capil·lar, i per tant, en aquest sentit s'ha d'estar al criteri defensat per l'òrgan de contractació, segons el qual només era necessari per a la seva valoració que aquesta circumstància concorregués en qualsevol de les dues formes, això és, xeringa o capil·lar.

Ultra això, i respecte del retret de la recurrent que en el volum ofert s'estaria exclouent el corresponent a la bilirubina, en ser una qüestió eminentment d'apreciació tècnica, cal estar-hi novament al criteri de l'òrgan de contractació -qui gaudeix de discrecionalitat tècnica en la determinació de les seves necessitats i, per tant, en la definició de les condicions de la licitació-, segons el qual la bilirubina, en ser un paràmetre mesurat pel cooxímetre, quedaria exclòs de la valoració en aquest apartat, a la vista de la configuració del criteri. Per tant, resultant que el que es valorava és el volum de mostra de tots els paràmetres, excepte d'aquells inclosos en la cooximetria, s'ha d'entendre ajustada la puntuació atribuïda per l'òrgan de contractació, tenint en compte l'oferta formulada per WERFEN.

Així mateix, i pel que fa el criteri 5, relacionat amb el nombre de consumibles necessaris, amb inclusió dels controls de qualitat, de l'oferta de WERFEN es desprèn que els instruments de l'element ofert per aquesta funcionen amb un cartutx únic multiparamètric que inclou tots els

	Doc. original signat per: Maria Àngels Alonso Rodríguez 27/07/2023, Maria Carmen Lucena Cayuela 27/07/2023	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 27/07/2026	Data creació còpia: 27/07/2023 13:30:55
	Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ		Pàgina 12 de 16
		0F63VAM2EN4HDJHH4RLUGMFUMZD60BJE	



components necessaris per a la realització diària de les gasometries i que integra els sensors, les solucions, el mostrejador, la cèl·lula òptica i la bossa de residus (pàgina 680 de l'oferta).

Adicionalment, al document d'instruccions que s'incorpora en l'oferta, certament es fa esment a un producte de validació del calibrat per completar el procés de la tBili, abans d'analitzar mostres del pacient per mesures la bilirubina total. Tanmateix, la naturalesa d'aquest component no permet apercebre la seva consideració de "consumible necessari" a efectes de la seva valoració, atenent al caràcter esporàdic que pugui tenir en el seu ús.

Ultra això, s'observa que el criteri d'atendre en seu de valoració als cartutxos de reactius, de controls de qualitat i de sensors, en tant que contenen els elements necessaris per a la realització de la gasometria i altres proves bioquímiques, de manera rutinària i d'ús diari, és el que s'ha fet servir per a la valoració de les dues ofertes, no havent-se considerat consumibles "necessaris" les ampolles de verificació de calibrat ni altres materials fungibles dels que disposen l'àmplia majoria dels proveïdors i, en aquest sentit, s'observa que la interpretació i aplicació del criteri s'ha efectuat de manera raonable, proporcional i igualitària.

Finalment, cal analitzar la valoració que s'ha efectuat pel que fa el criteri 6, relatiu a la temperatura d'emmagatzematge dels reactius. En efecte, de l'oferta formulada per l'adjudicatària es desprèn que la temperatura d'emmagatzematge dels reactius queda compresa entre els 15-25° c (pàgina 306 de l'oferta):

Temperatura recomendada: mantener a 15-25°C. Evitar la exposición a la luz y mantener lejos de fuentes de calor. Ventilación del local: manipular en un local bien ventilado.
Mantener los recipientes herméticamente cerrados y etiquetados con el nombre del producto. Evitar verter al medio ambiente.
Mantener lejos de comidas y bebidas.

Ultra això, i respecte de la solució GEM CVP 5 tBili, a la pàgina 88 de la seva oferta, es fan constar uns valors de temperatura d'emmagatzematge certament més reduïts que probablement determinarien l'ús de refrigeració.

L'òrgan de contractació, en aquest punt, adueix que s'han considerat reactius els cartutxos de reactius, de controls de qualitat i de sensors que contenen elements necessaris per a la realització de la gasometria i altres proves bioquímiques, de forma rutinària i d'ús diari i, en aquest sentit, l'oferta de WERFEN inclou un únic cartutx de reactius que també incorpora controls de qualitat i emmagatzematge a temperatura ambient. Per tant, amb caràcter general,





s'observa que els reactius oferts per l'adjudicatària –sense perjudici del corresponent a la tBili- mostren uns valors de temperatura d'emmagatzematge que no precisarien de refrigeració.

Ultra això, i pel que fa l'oferta de la recurrent, també s'ha pogut constatar que va oferir uns valors diferents depenent de si es tractava de la temperatura d'emmagatzematge del casset de sensors (2-8° C) o del paquet de solucions (temperatura ambient), havent-li atribuït el CCSPT un total de 5 punts. En aquest sentit, i a manca de millor definició del criteri controvertit, s'observa que les puntuacions són coherents i racionals a la vista de les ofertes formulades, tenint en compte que en el cas de WERFEN la seva proposta tècnica es formula en atenció a uns valors de temperatura ambient per la pràctica totalitat dels reactius oferts. Així mateix, una eventual estimació exclusivament per aquest motiu tampoc li reportaria un canvi en la seva posició respecte de l'adjudicatària, en tant que la diferència de punts que les separa és de 13,97 punts.

Al respecte, i tal i com aquest Tribunal ha tingut ocasió d'analitzar en diversos contextos, no procedeix en aquest moment procedimental, ja en fase d'adjudicació de la licitació, qüestionar aquestes previsions dels seus plecs, els quals van ser acceptats incondicionalment en presentar-se la corresponent oferta i no ser qüestionats ni objecte de cap aclariment al respecte, ni de recurs en el moment adient l'extrem controvertit (en aquest sentit, per totes, resolucions 286/2019, 262/2019, 234/2019, 201/2018, 32/2018 i 102/2017 d'aquest Tribunal, 1213/2017 i 49/2017 del TACRC i 225/2017 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid -TACPCM-).

En efecte, cap de les empreses licitadores va realitzar cap pregunta en relació als criteris núm. 1, 5 i 6 ni va sol·licitar cap aclariment respecte als apartats dels plecs que s'analitzen en aquest recurs, ni tampoc va impugnar els plecs, el que implica que els plecs esdevenen *lex inter partes*, tal com resulta d'una assentada jurisprudència que aquest Tribunal ha recollit en la seva doctrina (entre moltes altres, resolucions 102/2020, 44/2020, 160/2018, 152/2018, 128/2018, 100/2018, 98/2018, 95/2018, 90/2018, 74/2018, 41/2018 i 181/2017, seguint la jurisprudència del Tribunal Suprem -per totes, sentències de 9 d'octubre de 2019, 20 de febrer de 2018, 27 de maig de 2009 i 26 de desembre de 2007- i la doctrina d'altres tribunals de recursos contractuals). Per a les empreses licitadores, el postulat *lex contractus* dels plecs deriva de l'article 139.1 de la LCSP, segons el qual "*Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación, y su presentación*



Doc. original signat per:
Maria Àngels Alonso Rodríguez
27/07/2023,
Maria Carmen Lucena Cayuela
27/07/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 27/07/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0F63VAM2EN4HDJHH4RLUGMFUMZD60BJE

Data creació còpia:
27/07/2023 13:30:55

Pàgina 14 de 16



supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna".

Al seu torn, per a l'òrgan de contractació, els plecs per ell aprovats també el vinculen i els ha d'aplicar íntegrament, sense poder alterar unilateralment les clàusules i prescripcions en benefici o en perjudici dels candidats o licitadors en el decurs del procediment, com a lògic corol·lari de la garantia dels principis d'igualtat de tracte, no discriminació i transparència que proclamen els articles 1 i 132.1 de la LCSP (resolucions 67/2020, 266/2019, 245/2019, 228/2019, 28/2019, 201/2018 i 32/2018).

Ultra això, cal indicar que els òrgans de contractació gaudeixen de la potestat d'interpretació de les clàusules contingudes en els plecs i altra documentació contractual i, en aquest sentit, l'ús d'aquesta prerrogativa per part del CCSPT no s'aprecia contrària als principis d'igualtat de tracte i no-discriminació que han de vetllar al llarg de tot el procediment de contractació ex articles 1 i 132 de la LCSP, tal i com s'ha pogut analitzar.

Per aquest motiu, en el cas examinat, no s'aprecien errònies ni arbitràries les apreciacions realitzades per l'òrgan de contractació en les valoracions dels criteris d'adjudicació automàtics controvertits respecte de l'oferta de WERFEN, a la vista del seu abast i contingut així com de la definició dels criteris esmentats d'acord amb els plecs rectors i les interpretacions realitzades per l'òrgan de contractació; i d'acord amb l'anterior, cal desestimar el recurs de l'empresa RADIOMETER.

D'acord amb l'exposat i vistos els preceptes legals d'aplicació, reunit en sessió, aquest Tribunal

ACORDA

1.- Desestimar el recurs especial en matèria de contractació presentat M.A.S.R., en nom i representació de la societat RADIOMETER IBÉRICA, SL, contra la resolució d'adjudicació del contracte de subministrament d'analitzadors de gasos i POCT, subministrament fungible

	Doc. original signat per: Maria Àngels Alonso Rodríguez 27/07/2023, Maria Carmen Lucena Cayuela 27/07/2023	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 27/07/2026	Data creació còpia: 27/07/2023 13:30:55
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ 0F63VAM2EN4HDJHH4RLUGMFUMZD60BJE	Pàgina 15 de 16



associat i connexió al SIL amb cessió d'equipament, licitat pel CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ (expedient 23SM0173Q).

2.- Aixecar la suspensió automàtica de l'adjudicació prevista en l'article 53 de la LCSP, a l'empara del que disposa l'article 57.3 del mateix cos legal.

3.- Declarar que no s'aprecia la concurrència de mala fe o temeritat en la interposició del recurs, per la qual cosa no escau la imposició de la sanció prevista en l'article 58.2 de la LCSP.

4.- Notificar aquesta resolució a totes les parts.

Aquesta resolució posa fi a la via administrativa i és directament executiva sense perjudici que es pugui interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, de conformitat amb el disposat en els articles 10.1 k) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i en l'article 59 de la LCSP.

Aprovat per unanimitat dels membres del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en la sessió de 26 de juliol de 2023.

Vist i plau

M. Àngels Alonso Rodríguez
Secretària

Carme Lucena Cayuela
Presidenta

	Doc. original signat per: Maria Àngels Alonso Rodríguez 27/07/2023, Maria Carmen Lucena Cayuela 27/07/2023	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 27/07/2026	Data creació còpia: 27/07/2023 13:30:55
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ 0F63VAM2EN4HDJHH4RLUGMFUMZD60BJE	Pàgina 16 de 16